



DUTW
Soluciones Tecnológicas

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE COVID-19

INCLUYE LOS TEST RÁPIDOS DE DETECCIÓN DE COVID
EN TU EMPRESA PARA PROTEGER TU AMBIENTE
LABORAL

PRIMERO DEBEMOS:

- SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN EN ESPACIOS LABORALES.
- CREAR UN SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD.
- CUMPLIR CON EL PROTOCOLO
- HACER SEGUIMIENTO Y ACTUALIZAR SEMANALMENTE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO.





¿QUÉ PODEMOS LOGRAR?

Controlar el ambiente laboral, proporcionándole al personal todas las herramientas para que tenga garantías sanitarias y se pueda dar continuidad al trabajo in situ.

Generar una rutina de precaución derivada de la aplicación del protocolo para mantener el ritmo de trabajo sin variantes imprevistas.



COVID-19

¿QUÉ ES?

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS- CoV-2

SÍNTOMAS PARA ESTAR ATENTOS:

- Fiebre
- Tos seca
- Debilidad y cansancio
- Astenia
- Dificultad para respirar.
- Pérdida de olfato.



ADEMÁS DE LAS MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN EL ESPACIO DE TRABAJO...



USO DE MASCARILLAS.



CONTROL DE TEMPERATURA A LOS TRABAJADORES.



DISTANCIA SOCIAL: 2 METROS.



GEL HIDROALCOHÓLICO.

...PODEMOS ASEGURARNOS AÚN MÁS SI INCLUIMOS TEST RÁPIDOS A NUESTRAS RUTINAS



Cada miembro del equipo debe realizarse una **prueba rápida** el día domingo o el **día anterior a reintegrarse** al trabajo, la prueba puede ser la realizada con punción de sangre (IgG/IgM) o la prueba por saliva, **de salir negativo y no presentar ningún síntoma** de los anteriormente descritos, podrá continuar con su labor in situ.

PARA APLICAR LA PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS POR SALIVA:

1. Desenrosque el tubo, use la varilla de muestra o un hisopo de algodón para recolectar 10-50 mg de muestras de saliva fresca. Coloque las muestras dentro del tubo, agite y mezcle.
2. Saque el casete de prueba del paquete, colóquelo sobre una mesa, corte la protuberancia del tubo de recolección y agregue 3 gotas de la muestra al pocillo S verticalmente.
3. Espere a que aparezca la franja roja en la línea T, lea el resultado en 15 minutos y considere que no es válido después de 20 minutos.

Interpretación de resultados:

Positivo (+): las líneas T y C se muestran en 3-15 minutos

Negativo (-): En los primeros 15 minutos aparece solo la línea C

Inválido: Si no aparece la línea C, el resultado de la prueba no es válido y debe repetirse realizando otra prueba con un nuevo kit.

PARA APLICAR LA PRUEBA POR SANGRE:

1. Desinfecte la punta del dedo con una almohadilla con alcohol
2. Use una lanceta estéril para extraer sangre de la punta de los dedos
3. Recoge sangre con un gotero
4. Agregue 1 gota de sangre al recipiente de muestra
5. Agregue lentamente 2 gotas de muestra en el recipiente
6. Interprete el resultado en 15 minutos.

Interpretación de resultados:

Positivo (+): los indicadores señalan la línea IgM y C, los indicadores señalan la línea IgG y C o si señalan la línea C, IgG e IgM

Negativo (-): En los primeros 15 minutos aparece solo el indicador C

Inválido: Si no tiene ningún indicador, si el indicador sólo está solo en IgG, si el indicador está solo en IgM o si está en IgG e IgM a la vez

¿ALGUNA DUDA? ¡CONSÚLTANOS!



911 835 384



dutwsoluciones@gmail.com



DUTW Soluciones
Tecnológicas



DUTW Tecnología